



## AVVISO VOLONTARIO PER LA TRASPARENZA *EX ANTE*

### Titolo dell'appalto

Indagine di mercato e avviso volontario per la trasparenza preventiva, relativo alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento della fornitura di

- **n. 5 granulatori svuota sacche urina – mod. di riferimento TR-10000**

Il nome dell'operatore economico individuato quale distributore esclusivo in Italia del succitato prodotto è: Meka S.r.l. Unipersonale, Via Kenia 38 – 44015 Portomaggiore (FE) Italia; P.I. 01943700383; tel. + 39 34572058174; email: info.mekasrl@gmail.com

### Informazioni complementari

Obiettivo del presente attivo è quello di verificare tramite l'apposita indagine se vi siano altri operatori economici, oltre a quello individuato dall'IRCCS Centro Neurolesi "Bonino-Pulejo", fornitori del prodotto in oggetto, con caratteristiche simili o analoghe con medesima prestazionale e/o migliorativa, anche in relazione ai relativi costi.

Si invitano, pertanto, gli operatori economici interessati a manifestare a questo IRCCS l'interesse alla partecipazione ad apposita procedura di gara per la fornitura di n. 5 granulatori svuota sacche urina entro e non oltre il 18/05/2022 alle ore 12:00 dichiarando la disponibilità di fornire granulatori svuota sacche urina alle caratteristiche richieste e proponendo a corredo documentazione tecnica comprovante la rispondenza delle macchine offerte alle caratteristiche richieste.

La predetta dichiarazione dovrà essere trasmessa all'indirizzo pec: [provveditorato@pec.irccsneurolesiboninopulejo.it](mailto:provveditorato@pec.irccsneurolesiboninopulejo.it) e dovrà recare la seguente dicitura: "Manifestazione d'interesse per la fornitura di n. 5 granulatori svuota sacche urina".

Nel caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui l'impresa indicata costituisca l'unico fornitore del prodotto descritto, questo IRCCS si riserva, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. la volontà di stipulare un contratto per l'affidamento della fornitura con l'operatore economico che, allo stato attuale, risulta essere l'unico fornitore del prodotto descritto.



F.to  
Il Direttore U.O.C. Provveditorato ff  
(Dott.ssa Avv. Maria Felicita Crupi)

## CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

La macchina è composta da tramoggia dotata di uno sportello e un vassoio di carico in cui si introducono le sacche da macinare. La tramoggia è collegata da una camera di taglio, nella quale una serie di lame rotanti e fisse riducono le sacche da macinare in granuli. Le dimensioni dei granuli viene determinata dai fori della griglia. Questi granuli vengono prelevati da un nastro trasportatore e scaricati direttamente dentro al sacchetto di raccolta. I fluidi vengono aspirati da una pompa e scaricati separatamente dai granuli.

Il funzionamento della macchina è completamente automatico e gestito da un unico operatore mediante l'ausilio di un'interfaccia di comunicazione (pulsanti e pannello operator) installata sulla parte anteriore della macchina.

- ✓ Tensione di alimentazione 230V – monofase
- ✓ Frequenza 50/60 Hz
- ✓ Potenza installata 1500 Watt
- ✓ Collegamento elettrico Spina CEI 3 poli
- ✓ Rumorosità < 63 Db
- ✓ Carico acqua rubinetto  $\frac{3}{4}$  con filetto maschio
- ✓ Pressione fluido > 1 bar
- ✓ Scarico fluidi DN 40 con adattatore per gomma dia. 30 mm
- ✓ Scarico materiale macinato automatico in sacchetto da lt 20 con una capacità di 150 sacche
- ✓ Dimensioni: larghezza 700 mm, profondità 600 mm, altezza 1310 mm.

### Contatti telefonici

Dott. Fabrizio Calorenni      090 60128562

Dott. Antonio Marzo          090 60128528

Dott.ssa Daniela Crimaldi    090 60128564

Sig. Domenico Morano        090 60128527

### Email

[ufficio.provveditorato@irccsme.it](mailto:ufficio.provveditorato@irccsme.it)