

ALLEGATO A

Caratteristiche Tecniche minime

Le caratteristiche tecniche minime presenti nel seguente Capitolato Tecnico delineano a livello qualitativo delle apparecchiature richieste.

Verranno ammesse alla gara offerte di apparecchiature aventi caratteristiche equivalenti o migliorative.

Sistema per la riabilitazione monolaterale o bilaterale dell'arto superiore

Sistema robotico per la riabilitazione monolaterale o bilaterale dell'arto superiore che permette di lavorare riducendo il peso del braccio.

- *Dispositivo attivo – passivo – attivo/assistito per la valutazione e riabilitazione degli arti superiori, di facile accessibilità e con possibilità d'allevio del peso.*
- *Feedback Audio/Visivo con applicativi monodimensionali, bidimensionali, cognitivi e realtà virtuale (Avatar).*
- *Possibilità di eseguire Task reali con l'assistenza del dispositivo.*
- *Possibilità di utilizzo con pazienti in carrozzina e nel letto del paziente.*