



U.O.C. Provveditorato
Via Salita Contino, 21- Messina

CAPITOLATO TECNICO

Sets per infusione parenterale con service gratuito delle relative pompe a 2 vie a diversa programmazione e velocità:

TIPOLOGIA SET	DESCRIZIONE	CONSUMO ANNUALE PRESUNTO
A	Set monouso, sterile in PVC (privo di ftalati) o poliuretano o altro materiale idoneo all'utilizzo costituito da perforatore con filtro antibatterico, camera di gocciolamento con punto di iniezione a valle. Lunghezza \geq 250 cm	N. 2500
B	Set opachi per infusione di farmaci fotosensibili in polietilene o altro materiale idoneo con rivestimento esterno in PVC o altro materiale idoneo. Lunghezza \geq 250 cm	N. 2500

La ditta aggiudicataria dovrà fornire per il periodo di validità contrattuale il service gratuito di n° 80 pompe nuove con le seguenti caratteristiche:

Meccanismo volumetrico, peso non superiore a 5 kg; velocità infusione da 0.1 a 999ml/h; visualizzazione della velocità di infusione, dose e volume erogato; precisione volumetrica +/- 5%; munita di allarmi (sonori e visivi quali: occlusione -distale e prossimale- fine infusione, batteria esaurita, rivelazione eventuali bolle d'aria, guasti o anomalie pompe); munita di sistema (elettronico o meccanico) che impedisca l'accidentale flusso libero; facilità di monitoraggio dei sets; alimentazione a rete batteria (con autonomia minima di almeno 3 ore o 100/125 ml/h); munita di sistema di aggancio a pala o barra; rispondenti alle normative vigenti in materia.

La pompa offerta deve utilizzare uno o più set di infusione per somministrare due farmaci a diversa velocità e diversa programmazione simultanea; la velocità da 0,1 a 999 ml/h può essere anche non cumulativa.