

CAPITOLATO

FORNITURA IN SERVICE DI CASCHI CHIRURGICI DI PROTEZIONE CON RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO

Si richiede la fornitura in “service” di caschi chirurgici, ventilati e cappucci di copertura in materiale filtrante, sterili, monouso e dotati di visiera in policarbonato che garantiscono un’alta protezione dalla contaminazione dovuta a microrganismi, fluidi corporei e virus durante le procedure chirurgiche più complesse. (protesi anca, ginocchio e spalla)

Specifiche tecniche

Casco ventilato realizzato in materiale termoplastico leggero e resistente, dotato di doppia ventola, una per l’immissione di aria fresca per garantire il comfort dell’operatore, l’altra per estrarre l’anidride carbonica all’interno del casco. Il flusso dell’aria può essere regolato in tre velocità, con movimento gestuale o automatico.

- Il casco, di peso non superiore ai 400 grammi, può essere dotato di una o due luci a led, regolabili sterilmente dall’operatore per aumentare la visione del sito operatorio.

Quantità richiesta n. 4

- Batterie ricaricabili con celle di litio di piccole dimensioni, dotate di staffa di aggancio alla cintura, con durata superiore alle cinque ore.

Quantità richiesta n. 4

- Caricabatteria a quattro postazioni di ricarica.

Quantità richiesta n. 2

- Cappucci ad alta protezione sterile monouso realizzati in materiale polipropilenico e filtrante composito multistrato.

Quantità stimata annua n. 400 pz.

N.B. il materiale riutilizzabile dovrà essere fornito dalla Ditta in comodato d’uso gratuito per tutta la durata della fornitura.