

AVVISO VOLONTARIO PER LA TRASPARENZA EX ANTE

Titolo dell'appalto: Indagine di mercato e avviso volontario per la trasparenza preventiva relativo alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. b), d.lgs. n.36/2023, per la fornitura di n. 2 *"Sistemi indossabili di acquisizione EEG a 16 canali"*.

Il sistema individuato risulta prodotto e distribuito da Open BCI- 67 West St – 112222 – Brooklyn (NY) – United States.

Informazioni complementari: Obiettivo del presente avviso è quello di verificare tramite apposita indagine di mercato se vi siano altri operatori economici, oltre a quello individuato da questo IRCCS, fornitori del sistema in oggetto, con caratteristiche simili o analoghe con medesima equivalenza prestazionale e/o migliorativa, anche in relazione ai relativi costi, rispetto a quelle possedute dal Sistema di riabilitazione sopracitato (ALLEGATO A).

Si invitano, pertanto, gli operatori economici interessati a manifestare allo scrivente Istituto l'interesse alla partecipazione ad apposita procedura di gara per la fornitura del Sistema di che trattasi, entro e non oltre il termine del 12/02/2026 alle ore 12:30, dichiarando la disponibilità a fornire il sistema con le caratteristiche richieste, proponendo a corredo documentazione tecnica comprovante la rispondenza dei sistemi offerti alle caratteristiche richieste.

La predetta dichiarazione dovrà essere trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) sars@pec.irccsneurolesiboninopulejo.it specificando in oggetto la seguente dicitura: "Avviso volontario per la trasparenza ex Ante per la fornitura di n. 2 *"Sistemi indossabili di acquisizione EEG a 16 canali"*".

Non verranno prese in considerazione manifestazioni di interesse che dovessero pervenire oltre detto termine, con espressa precisazione che, ancorché inviate tramite P.E.C., saranno considerate utilmente prodotte solo le istanze pervenute entro il termine medesimo.

Nel caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui l'impresa indicata costituisca l'unico fornitore del prodotto descritto, questo IRCCS si riserva altresì, ai sensi di quanto sancito dall'art. 76 del d.lgs. n. 36/2023, manifestare l'intenzione di concludere un contratto, previa negoziazione delle condizioni contrattuali, con l'operatore economico che, allo stato attuale, risulta l'unico fornitore del prodotto descritto.

Responsabile del Procedimento Dott. Giuseppe Galletta

Telefono 090 60128520 — e-mail giuseppe.galletta@irccsme.it

F.to

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Giuseppe Galletta)

F.to

Il Direttore Amministrativo
(Dott.ssa Maria Felicita Crupi)

ALLEGATO A

Caratteristiche tecniche minime richieste per Sistemi indossabili di acquisizione EEG a 16 canali.

Le caratteristiche tecniche minime descritte nel presente Capitolato Tecnico delineano il livello qualitativo dei Sistemi richiesti.

Verranno ammesse alla gara offerte di Sistemi aventi caratteristiche equivalenti o migliorative.

Descrizione:

Dispositivi indossabili per l'acquisizione multicanale di segnali bioelettrici dal cuoio capelluto, progettati per applicazioni di ricerca e sperimentazione.

Caratteristiche:

- 16 canali di acquisizione indipendenti;
- Struttura a calotta leggera e modulare con design aperto;
- Alloggiamenti per elettrodi per zone con e senza capelli;
- Posizionamento elettrodi compatibile con schemi internazionali di riferimento;
- Cablaggio ordinato con sistemi di ritenuta;
- Unità di acquisizione posizionata in un alloggiamento dedicato e protetto;
- Alimentazione con batteria ricaricabile integrata;
- Componentistica modulare e sostituibile;
- Compatibile e interfacciabile con sistemi esterni.
- Peso contenuto e trasportabile.